



UNIwersytet
Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 785-011-388
fax. 68 328-22-75

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 30.07.2021 r.

RA-ZP.2610.45.2021.2.IK

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na Dostawę ultramikrotomu z wyposażeniem (znak sprawy: RA-ZP-2610.45.2021).

1. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

W odpowiedzi na pytania „Informacja nr 1” z dnia 28.07.2021 zamawiający wymaga aby stół antywibracyjny wyposażony był w podłokietniki.

Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie gdzie elementy podpierające ręce operatora podczas pracy ultramikrotomu są połączone z urządzeniem?

Konstrukcja taka pozwala na najlepsze ustabilizowanie przedramienia operatora i umożliwia najbardziej precyzyjną pracę z delikatnymi skrawkami ściętego na ultramikrotomie materiału. Dodatkowo poprzez systemy antywibracyjne taka konstrukcja nie wpływa w żaden sposób na obniżenie jakości skrawanych materiałów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, gdzie elementy podpierające ręce operatora podczas pracy ultramikrotomu są połączone z urządzeniem.

2. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
3. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
4. **UWAGA!!!**

Jeśli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o parametrach, które dopuścił Zamawiający w wyniku odpowiedzi na pytania, musi to wyraźnie zaznaczyć w Formularzu Cenowo-Technicznym i musi jednocześnie wpisać w tym formularzu rzeczywiste parametry oferowanego przez siebie produktu. Parametry oferowanego produktu stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku ich części.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Maria Iwona Krawczyk