



UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 785-011-388
fax. 68 328-22-75

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 26.07.2021 r.

RA-ZP.2610.46.2021.1.IK

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na dostawę derywatografu oraz zestawu piecowego (znak sprawy: RA-ZP.2610.46.2021).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

w związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę derywatografu prosimy o podanie zakresu temperatury pracy derywatografu.

Odpowiedź

Zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 1.1 do SWZ: „FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 1”, w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”, w informacjach, w których zawarte są „DANE PODSTAWOWE”, w pkt.1.4): „zakres temperatur musi być w zakresie RT ÷ 1600 °C (temperatura próbki)”, gdzie RT oznacza temperaturę pokojową.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Maria Iwona Krawczyk