

RA-ZP.2610.18.2022.3.KO

INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy, na Dostawę sprzętu laboratoryjnego (znak sprawy: RA-ZP.2610.18.2022).

- I. W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy części 7.

Dotyczy rozdziału I SWZ, ustęp 4 oraz wzoru umowy, §7, ustęp 1 – część 7.

Prosimy o wydłużenie terminu naprawy z „14 dni” na „do 21 dni”.

Producent sprzętu którego reprezentujemy oferuje czas naprawy do 21 dni.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 14 dni do 21 dni sprzętu zmianę terminu wykonania w zakresie części 7.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu naprawy sprzętu w zakresie części 7 zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

W związku z powyższym zmianie ulega:

1) treść tabeli:

- a) w pkt. I.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – „Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji jakości/rękojmi:”,
- b) w § 7 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy „W ramach Wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji/rękojmi na *Sprzęt* według danych z poniższej tabeli. Okres gwarancji/rękojmi jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru przez obie Strony. Wymagane okresy gwarancji/rękojmi i maksymalne dopuszczalne czasy usuwania usterek/wad:”

Tabela ta otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiot zamówienia z Części	Pozycja	Wymagany okres gwarancji i rękojmi	Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie usterki/wady od momentu zgłoszenia
1	1	24 miesięcy	14 dni
	2	24 miesięcy	14 dni
2	-	24 miesięcy	14 dni
3	-	24 miesięcy	14 dni
4	1	24 miesięcy	14 dni
	2	24 miesięcy	14 dni
	3	24 miesięcy	14 dni
5	-	24 miesięcy	14 dni
6	-	24 miesięcy	14 dni
7	-	24 miesięcy	21 dni
8	-	24 miesięcy	14 dni
9	1	24 miesięcy	14 dni
	2	24 miesięcy	14 dni
10	1	24 miesięcy	14 dni
	2	24 miesięcy	14 dni

2) Treść w pkt. 5 załącznika nr 2 do SWZ – Formularz OFERTA, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 5.** Wymagany w przedmiotowym postępowaniu okres gwarancji/ rękojmi, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi **24 miesiące**. Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie usterki/wady od momentu zgłoszenia w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wynosi **14 dni**. Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie usterki/wady od momentu zgłoszenia w zakresie części 7 wynosi **21 dni**.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 4, podpunkt 3 i 4, §3, ustęp 8, podpunkt 2 i 6, oraz ustęp 12, podpunkt 7 i 8 – część 7.

Wnosimy o usunięcie obowiązku instalacji oraz szkolenia w odniesieniu do części 7.

Sprzęt wyspecyfikowany w części 7 nie wymaga profesjonalnej instalacji. Jego zainstalowanie polega na podłączeniu do sieci elektrycznej – gniazdka elektrycznego. Producent którego reprezentujemy nie przewiduje w cenie aparatu szkolenia. Aby móc spełnić opisane przez Zamawiającego warunki musielibyśmy w cenie sprzętu uwzględnić dodatkowy serwis, co by znacznie wpłynęło na cenę końcową aparatu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 4 – część 7.

Zamawiający zapisał:

„Jeśli Wykonawca wykonując swoje obowiązki dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji /rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.”

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. wymiana sprzętu odbywa się w ramach raz już nabytej gwarancji. Otrzymanie nowego przedmiotu umowy nie oznacza nabycie nowej gwarancji. Zapis ten może hipotetycznie prowadzić do tzw „gwarancji wiecznej”. Aby móc uwzględnić w cenie aparatu w/w usługę, musielibyśmy dodać do ceny sprzętu koszty kontraktu serwisowego minimum na 50 lat.

Odpowiedź

W/w postanowienie wynika z przepisu art. 581 KC § 1. Przepis ten nie podlega modyfikacji wolą stron. Zawarcie w/w postanowienia ma jedynie charakter informacyjny.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 4 – część 7.

Zamawiający zapisał:

„Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy **u innego autoryzowanego przedstawiciela producenta**, jeżeli wady te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż naprawy dokonane przez nieautoryzowany przez producenta serwis powodują przerwanie biegu gwarancji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego sprzętu z części 7.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu dotyczącego usunięcia wad sprzętu w zakresie części 7 w zastępstwie i na koszt Wykonawcy.

W związku z powyższym zmianie ulega: treść w § 7 ust. 12 załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

12. W zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. W zakresie części 7 Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy u autoryzowanego przedstawiciela producenta, jeżeli wady te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.


II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

IV. W załączeniu Zamawiający przekazuje:

1. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz OFERTA – zmodyfikowany 2;
2. Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy – zmodyfikowany 2.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska