

Zielona Góra, dnia 23.08.2022 r.

RA-ZP.2610.38.2022.1.KO

## INFORMACJA NR 1

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej (znak sprawy: RA-ZP.2610.38.2022)

- I. W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), wyjaśniam co następuje:

### Pytanie 1

w Części– 2 Sfera integracyjna do spektrofлуorymetru

*Dotyczy punktu 5) - Czy dopuszczą Państwo dostawę okrągłego naczynka o średnicy 13mm, głębokości 3.2mm, z wpustem 1.7mm, kompatybilnego z oferowaną sferą (i szkiełkiem nakrywkowym)?*

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CAPRZEWODNICZĄCEGO  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

  
mgr inż. Edyta Kwiatkowska