

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

RA-ZP.2610.5.PU.2025.1.MS

Informacja nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Zad.8: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o określenie fazy stacjonarnej wymaganej w oferowanej kolumnie.

Odpowiedź

Faza stacjonarna – wypełnienie kolumny: C18 (RP18, Octadecyl).

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI



mgr inż. Edyta Kwiatkowska