

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia minimalne, wymagane przez zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oraz informacje	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Parametry oferowane ponad wymagane przez zamawiającego minimum oraz wymagane przez zamawiającego informacje (podać, opisać)	Liczba	Kwota ogółem Brutto [w PLN] - do przeniesienia do formularza OFERTA
1	2	3	4	5	6
<b><u>Ultramikrotom z wyposażeniem</u></b>				<b>1 kpl.</b>	
1.	<b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b> Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>				
2.	<b>DANE PODSTAWOWE:</b> Przedmiotem zamówienia jest ultramikrotom zawierający: 1) ultramikrotom wyposażony w: wbudowany układ antywibracyjny oraz układ oświetlający z diodami LED – oświetlenie standardowe, tylne oraz przechodzące przez próbkę, układ automatycznego posuwu próbki w zakresie min. 100 - 200 µm, blok noża obracany w zakresie 360° o skali min. ±30°, kąt nachylenia noża z dokładnością nie gorszą niż 1°, uchwyt dla noży szklanych lub diamentowych 6-12 mm, uniwersalny uchwyt preparatu o średnicy w zakresie min. 5-8 mm i próbek płaskich w zakresie min. 0-3 mm, klucz imbusowy w zestawie. 2) moduł sterowania z dotykowym ekranem LCD umożliwiający: sterowanie szybkością cięcia w				
		<b>TAK</b>			

	<p>zakresie minimum od 0,5 do 80 mm/s, regulację posuwu w zakresie minimum od 1 nm do 5000 nm, stałe wyświetlanie pamięci minimum 4 kombinacji posuwu i szybkości cięcia. Musi być wyposażony w system bezpieczeństwa z ostrzeżeniem dźwiękowym, a także przyciski do osobnego włączania i wyłączania każdej z oświetlających diod LED, wbudowany port USB. Moduł sterowania musi umożliwiać programowanie procesu trymowania;</p> <p>3) mikroskop stereoskopowy zintegrowany z ultramikrotomem z zakresem powiększeń min. 10-50 razy;</p> <p>4) stół antywibracyjny z podłokietnikami;</p> <p>5) nóż diamentowy min. 2 mm.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

**UWAGA!!!**

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.