

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 3**

LP.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość szt.	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Refraktometr ręczny</b> 1. do szybkiego oznaczania białek w surowicy krwi i ciężaru właściwego moczu; 2. Skala 0-12 g/dl; 1,000-1,040 sg 3. Dokładność 0,2 g/dl; 0,002 sg	<b>TAK</b>		<b>1</b>		
2	<b>Wytrząsarka Vortex</b> 1. regulowana prędkość do 3000 obr./min.; 2. łagodny start; 3. płynna zmiana prędkości; 4. moc 15 W, 5. amplituda 4,5mm; 6. tryb pracy: na dotyk / ciągły	<b>TAK</b>		<b>1</b>		
<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)						

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**Uwaga:**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.**