

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/ typ/ symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/ sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN] do przeniesienia do Formularza Oferta
1	2	3	4	5	6	7
Pompa próżniowa – bezolejowa: <ul style="list-style-type: none"> – pompa próżniowa bez oleju, – wyposażona w wakuometr i regulator do monitorowania i regulacji podciśnienia, zastosowanie pompy: filtracja próżniowa, zawiesiny, wykrywanie drobnoustrojów, próbkowanie powietrza, – konstrukcja ze stopu aluminium, - po zmianie kierunku dyszy można stosować jako sprężarkę, – wydajność: 18 L/min, – obroty silnika: 1450 rpm, – króciec przyłączeniowy: 5/16” (8mm), – napięcie: 220 – 240 V/50Hz, – moc maksymalna: 60 W, – prąd maksymalny: 0,3 A, – max. próżnia: 99 mbar abs, – max. ciśnienie: 25 PSI, – max. przepływ cieczy: 20 L/min, – poziom hałasu: 50 dB, – wlot węża: ID8 mm, – waga brutto: max. 5,5 kg; Pompa zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – regulator podciśnienia, 	TAK		sztuka	1		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1

<ul style="list-style-type: none">– wkład filtra: (na wlocie powietrza filtruje cząstki stałe i wilgoć),– zabezpieczenie przed przegrzaniem,– szklany pochłaniacz wilgoci,– zabezpieczenie przed przepelnieniem.						
---	--	--	--	--	--	--

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.