



UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 68 328-28-90
fax. 68 328-22-75

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 05.04.2019 r.

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do analizy laboratoryjnej (znak sprawy: RA-Z-11/2019).

- I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 9 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny z zewnętrzną jednostką ISE skonfigurowaną z analizatorem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza analizatora biochemicznego z zewnętrzną jednostką ISE skonfigurowaną z analizatorem.

Pytanie 2

Część 9 poz. 9 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści statyczny światłowodowy układ optyczny z filtrami optycznymi?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza statycznego światłowodowego układu optycznego z filtrami optycznymi.

Pytanie 3

Część 9 poz. 10 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści 9 długości fal w zakresie 340-690 nm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza 9 długości fal w zakresie 340-690 nm.

Pytanie 4

Część 9 poz.11 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści kowety wielorazowego użytku automatycznie myte w analizatorze w 8-stopniowym systemie myjącym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza kuwet wielorazowego użytku automatycznie mytych w analizatorze w 8-stopniowym systemie myjącym.

Pytanie 5

Część 9 poz. 15 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści umieszczanie próbek w mikroprobówkach, probówkach do wirówki, rurek do zbierania krwi o wym. $\phi 12 \times 100$ mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza umieszczania próbek w mikroprobówkach, probówkach do wirówki, rurek do zbierania krwi o wym. $\phi 12 \times 100$ mm.

Pytanie 6

Część 9 poz. 17 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści rotor odczynnikowy chłodzony w temp. $2-8^{\circ} C$?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rotor odczynnikowy chłodzony w temp. $2-8^{\circ} C$.

Pytanie 7

Część 9 poz. 18 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zewnętrzny czytnik kodów kreskowych.

Pytanie 8

Część 9 poz. 31 zamówienia. Czy Zamawiający dopuści zużycie wody $4L / godz.$?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zużycia wody $4L / godz.$

Pytanie 9

Część 7 zamówienia. Proszę o podanie wymiarów tacek, które mają być dołączone do zestawu.

Odpowiedź

Do zestawu powinny być dołączone minimum tacki o wymiarach: $15 \text{cm} \times 10 \text{cm}$ oraz $15 \text{cm} \times 18-20 \text{cm}$.

Pytanie 10

Część 7 zamówienia. Proszę o podanie grubości grzebieni oraz dokładnej ilości dołków.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia dołączonego do SIWZ grubość grzebieni musi się mieścić w zakresie 1mm-2mm, a liczba dołków musi wynosić min.10, tak aby objętość nakładanej próby nie była mniejsza niż 18ul.


Pytanie 11

Część 7 zamówienia punkt 1 Opisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie platynowych elektrod z końcówkami ze stali nierdzewnej, ale nie pokrytymi złotem podkładkami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie platynowych elektrod z końcówkami ze stali nierdzewnej, ale nie pokrytymi złotem podkładkami.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.



**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

dr hab. Agnieszka Zembron-Lacny, prof. UZ