



UNIWERSYTET  
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9  
65-417 Zielona Góra  
tel. 68 328-28-90  
fax. 68 328-22-75

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 09.04.2019 r.

## INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do analizy laboratoryjnej (znak sprawy: RA-Z-11/2019).

- I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

### Pytanie 1

*Dotyczy zadania nr 9*

*Ad 10. Parametrów technicznych*

*- Czy zamawiający dopuści analizator o ośmiu długościach fal w zakresie 340 do 670 ?*

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza analizatora biochemicznego o ośmiu długościach fal w zakresie 340 do 670.

### Pytanie 2

*Dotyczy zadania nr 9*

*Ad 30 parametrów technicznych*

*- Czy zamawiający dopuści analizator o masie całkowitej 116 kg?*

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza analizatora o masie całkowitej 116 kg.

### Pytanie 3

*Dotyczy zadania nr 9*

*Ad 31. Parametrów technicznych*


*- Czy zamawiający dopuści analizator zużywający do 3,5 litra wody na godzinę pracy analizatora ?*

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza analizatora zużywającego do 3,5 litra wody na godzinę pracy analizatora.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ



*dr hab. Agnieszka Zembron-Lacny, prof. UZ*