



UNIwersytet
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 68 328-28-90
fax. 68 328-22-75

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 14.05.2019 r.

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do analizy laboratoryjnej (znak sprawy: RA-Z-31/2019).

- I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 4 zamówienia.

Proszę o wyjaśnienie jakie mają być wymiary tacek do elektroforezy wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tacki o rozmiarach: jedna: 10-15 cm x 15 cm oraz druga 10-15 cm x 7 cm lub 10-15 cm x 10 cm.

Pytanie 2

Część 3 zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną bez płaszcza wodnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną bez płaszcza wodnego.

Pytanie 3

Część 3 zamówienia


Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z temperaturą zamrażania w zakresie: od -18 do -25 stopni Celsjusza ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę z temperaturą zamrażania w zakresie: od -18 do -25 stopni Celsjusza.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska