

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 68 328 2600, 601 902 300

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia stanowiska mechanooptycznego. (znak sprawy: RA-Z-49/2019)

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu o którym mowa w pozycji B8 Zwierciadło płaskie, posiadającym następujące parametry:

- 1) powłoka antyodbiciowa dla zakresu co najmniej 350-400 nm;
- 2) średnica zwierciadła 1",
- 3) płaskość powierzchni przynajmniej na poziomie $\lambda/10$ przy 633 nm;
- 4) współczynnik odbicia $R_{avg} > 99\%$.
Część: BB1-E01, producent Thorlabs.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zwierciadła płaskiego o wskazanych w pytaniu parametrach.

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zwierciadło płaskie z powłoką antyodbiciową dla zakresu co najmniej 400-750 nm, pod warunkiem, że zwierciadło to będzie spełniało wszystkie pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ

mgr Maria Iwona Krawczyk