

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 68 328 2600, 601 902 300

INFORMACJA NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych. (znak sprawy: RA-Z-62/2019)

1. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Pakiet 1

Poz. 1 Czy Zamawiający może sprecyzować jakich wymiarów szalek oczekuje?

Odpowiedź

Zamawiający podał już wymiary szalki w Informacji nr 1. Wymiary szalki: średnica 90 mm, wysokość 14,2 mm.

Pytanie 2

Czy (szalki) mają być z wentylacją czy bez?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga szalek bez wentylacji.

Pytanie 3

Pakiet 1

Poz. 2 Czy Zamawiający może sprecyzować jakiej pojemności pipety mają być – 1ml czy 3ml?

Odpowiedź

Zamawiający podał już pojemność pipet w Informacji nr 1. Pojemność pipet: 3 ml.

W wyniku odpowiedzi na pytanie 1-3 Zamawiający modyfikuje Formularz Cenowo – Techniczny: załącznik nr 1.1 do SIWZ w **poz. 1** było: szalki Petriego sterylne,

jest: szalki Petriego sterylne bez wentylacji. Wymiary szalki: średnica 90 mm, wysokość 14.2 mm.

W poz. 2: było pipety Pasteura,

jest: pipety Pasteura pojemność: 3 ml.

Pytanie 4

Pakiet 3

Czy Zamawiający może sprecyzować czy szkiełka podstawowe mają być szlifowane czy cięte?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szkiełka podstawowe szlifowane lub cięte.

Pytanie 5

Z polem do opisu czy bez (szkiełka)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szkiełka podstawowe zawierające pole do opisu lub nie zawierające pola do opisu.

Pytanie 6

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane po 200szt z odpowiedni przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza szkiełek nakrywkowych pakowanych po 200 szt. Zamawiający wymaga zestaw: szkiełka podstawowe 50 szt. + szkiełka nakrywkowe 100 szt.

Pytanie 7

Pakiet 3

Czy Zamawiający może sprecyzować jakich wymiarów szkiełka nakrywkowe ma na myśli?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych o wymiarach 76 mm x 26 mm, szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24 mm x 24 mm.

W wyniku odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje Formularz Cenowo – Techniczny: załącznik nr 1.3 do SIWZ

było: zestaw szkiełka podstawowe 50 sztuk + 100 sztuk szkiełek nakrywkowych do wykonania preparatów mikroskopowych

jest: zestaw szkiełka podstawowe 50 sztuk o wymiarach: 76 mm x 25 mm x 1 mm + 100 sztuk szkiełek nakrywkowych do wykonania preparatów mikroskopowych o wymiarach 24 mm x 24 mm.

Pytanie 8

Pakiet 5

Czy Zamawiający może sprecyzować jakiej pojemności pipet oczekuje – 1ml czy 3ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga pipet o pojemności 1 ml.

Pytanie 9

Pakiet 5

(Pipety) mają być sterylne czy nie?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga pipet niejałowych.

W wyniku odpowiedzi na pytanie 8 oraz 9 Zamawiający modyfikuje Formularz Cenowo – Techniczny: załącznik nr 1.5 do SIWZ w poz. 6 było: Pipety Pasteura plastikowe,

jest: Pipety Pasteura plastikowe niejałowe, poj. 1 ml.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- IV. W załączeniu: Załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo- Techniczny – Część 1 – zmodyfikowany 1,
Załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo- Techniczny – Część 3 – zmodyfikowany 1,
Załącznik nr 1.5 – Formularz Cenowo- Techniczny – Część 5 – zmodyfikowany 1.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska



FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1-zmodyfikowany 1

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieje)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	szalki Petriego sterylne bez wentylacji. Wymiary szalki średnica 90 mm, wysokość 14,2 mm	3 TAK	4		5	6	7
2.	pipety Pasteura pojemność 3 ml.	TAK		1 op. = 500 szt.	9		
3.	jednorazowe końcówki do pipet automatycznych Epenndorf, poj.1000µl	TAK		1 op. = 250 szt.	4		
4.	jednorazowe końcówki do pipet automatycznych, poj. 5000µl	TAK		1 op. = 250 szt.	4		
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)							

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

.....
(podpis Wykonawcy)

Dotyczy Części 1: Tytuł projektu
Numer umowy
Program Operacyjny
Oś Priorytetowa III
Działanie 3.5
Beneficjent

„Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”
POWR.03.05.00-00-Z007/17-00
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Kompleksowe programy szkół wyższych
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 3 - zmodyfikowany 1

2 MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	3 Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	4 Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieje)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota brutto (do przeniesienia do Formularza Oferta) (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
szkiełka do mikroskopowania: zestaw: szkiełka podstawowe 50 sztuk o wymiarach: 76 mm x 25 mm x 1 mm + 100 sztuk szkiełek nakrywkowych do wykonania preparatów mikroskopowych o wymiarach 24 mm x 24 mm.	TAK		zestaw	10	6	7

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

.....
(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 5 – zmodyfikowany 1

oz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4		5	6	7
1.	Końcówki do pipet automatycznych 10 µl, przezroczyste, typu Eppendorf, autoklawowalne w 121 °C	TAK		szt.	1000		
2.	Końcówki do pipet automatycznych 200 µl, żółte, typu Eppendorf, autoklawowalne w 121 °C	TAK		szt.	1000		
3.	Końcówki do pipet automatycznych 1000 µl, niebieskie, typu Eppendorf, autoklawowalne w 121 °C	TAK		szt.	1000		
4.	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml, autoklawowalne w 121 °C	TAK		szt.	1000		
5.	Probówki PCR 200 µl, autoklawowalne w 121 °C	TAK		szt.	1000		
6.	Pipety Pasteura plastikowe niejałowe, poj. 1 ml.	TAK		szt.	100		
KWOTA OGÓLEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)							

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.
UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

.....
(podpis Wykonawcy)