

Uniwersytet Zielonogórski  
Biuro Zamówień Publicznych  
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra  
Tel. 68 328 2600, 601 902 300

## INFORMACJA NR 1

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia stanowiska mechanoptycznego (znak sprawy: RA-ZP-22/2020)

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga zainstalowania przedmiotu zamówienia?

### **Odpowiedź**

*Zamawiający wymaga instalacji przedmiotu zamówienia jeśli instalacja jest wymagana przez Wykonawcę, np. dla zachowania uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji/rękojmi lub oferowany przedmiot zamówienia tego wymaga.*

### **Pytanie 2**

Wykonawca zamierza zaproponować urządzenie, którego okres gwarancji dany przez producenta wynosi 12 miesięcy. Producent nie przewiduje możliwości wydłużenia tego okresu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń opisanych w załączniku nr 1.2 (Detektor pojedynczych fotonów– 3szt.) z okresem gwarancji wynoszącym 12 miesięcy?

### **Odpowiedź**

*Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie detektorów pojedynczych fotonów, opisanych w załączniku nr 1.2 do SIWZ Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2, z okresem gwarancji wynoszącym 12 miesięcy.*

W związku z treścią udzielonej odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

- 1) w dokumencie SIWZ w Rozdziale I w pkt. 4:

**- dotychczasową teść:**

#### **4. Gwarancja/rękojmia:**

*Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji jakości/rękojmi na następujące okresy:*

- 1) Część 1 – min. 24 miesiące;*
- 2) Część 2 – min. 24 miesiące;*
- 3) Część 3 – min. 24 miesiące.*

*Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji/rękojmi określone są w dalszej części SIWZ i załącznikach do niej.*

- zastępuje się następującą treścią:

#### 4. Gwarancja/rękojmia:

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji jakości/rękojmi na następujące okresy:

- 1) Część 1 – min. 24 miesiące;
- 2) Część 2 – min. 12 miesięcy;
- 3) Część 3 – min. 24 miesiące.

Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji/rękojmi określone są w dalszej części SIWZ i załącznikach do niej.

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego czasu na usunięcie usterki/wady – liczonego od momentu zgłoszenia z 10 dni roboczych do 30 dni roboczych (§7 Istotnych postanowień umowy)? Prośba ta wynika z faktu iż serwis w którym odbywałaby się naprawa, nie znajduje się w Polsce.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego czasu na usunięcie usterki/wady do 30 dni roboczych.

W związku z treścią odpowiedzi udzielonej na pytania nr 2 i 3 Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

- 2) w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTA, w pkt. 6, w tabeli:

- dotychczasową teść:

Część	Minimalny wymagany Okres gwarancji / rękojmi	Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie usterki/wady od momentu zgłoszenia
1	24 miesiące	10 dni roboczych
2	24 miesiące	10 dni roboczych
3	24 miesiące	10 dni roboczych

- zastępuje się następującą treścią:

Część	Minimalny wymagany Okres gwarancji / rękojmi	Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie usterki/wady od momentu zgłoszenia
1	24 miesiące	10 dni roboczych
2	12 miesięcy	30 dni roboczych
3	24 miesiące	10 dni roboczych

- 3) W Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, w §7 ust. 1, w tabeli:

- dotychczasową teść:

Przedmiot umowy z Części	Minimalny wymagany Okres gwarancji /rękojmi; rodzaj gwarancji	Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie usterki/wady - liczony od momentu zgłoszenia
1	24 miesiące	10 dni roboczych
2	24 miesiące	10 dni roboczych
3	24 miesiące	10 dni roboczych

- zastępuje się następującą treścią:

Przedmiot umowy z Części	Minimalny wymagany Okres gwarancji /rękojmi; rodzaj gwarancji	Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie usterki/wady - liczony od momentu zgłoszenia
1	24 miesiące	10 dni roboczych
2	12 miesięcy	30 dni roboczych
3	24 miesiące	10 dni roboczych

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.

W związku z treścią udzielonej odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, w §1 ust. 4, pkt. 2) w następujący sposób:

- dotychczasową teść:

- 2) dostarczy podpisaną kartę gwarancyjną (jeśli dotyczy) oraz instrukcję obsługi Przedmiotu Umowy w języku polskim;

- zastępuje się następującą treścią:

- 2) dostarczy podpisaną kartę gwarancyjną (jeśli dotyczy) oraz instrukcję obsługi Przedmiotu Umowy w języku polskim *i/lub języku angielskim*.

#### Pytanie 5

W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1.2, punkt 16) Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania współpracującego z detektorem pojedynczych fotonów. Producent, którego sprzęt Wykonawca zamierza zaoferować, nie dostarcza oprogramowania współpracującego z detektorem. Moduł emituje pojedynczy impuls TTL na złączu wyjściowym dla każdego wykrytego fotonu. Impuls ten musi zostać zarejestrowany i zliczony przez urządzenie zewnętrzne. To zewnętrzne urządzenie wybiera użytkownik (producent nie daje konkretnych rekomendacji). Charakterystyka impulsu TTL detektora pojedynczych fotonów COUNT została przedstawiona na Rysunku 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę detektora pojedynczych fotonów, który nie posiada oprogramowania współpracującego?

**Odpowiedź**

*Jeśli detektor zaoferowany przez Wykonawcę nie wymaga dodatkowego oprogramowania, to Zamawiający wyraża zgodę na dostawę detektora pojedynczych fotonów, który nie posiada oprogramowania współpracującego.*

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę detektora pojedynczych fotonów nie posiadającego ochrony fotodiody lawinowej i elektroniki detektora przed uszkodzeniem w wyniku przypadkowego przeciążenia na skutek oświetlenia zewnętrznego (punkt 9 załącznik 1.2)? Producent którego produkt Wykonawca zamierza zaoferować, nie posiada takiej ochrony.

**Odpowiedź**

*Zamawiający wyraża zgodę na dostawę detektora pojedynczych fotonów nieposiadającego ochrony fotodiody lawinowej i elektroniki detektora przed uszkodzeniem w wyniku przypadkowego przeciążenia na skutek oświetlenia zewnętrznego.*

**Pytanie 7**

W Załączniku 1.2 punkt 12, Zamawiający opisuje, że sygnał ma być wyprowadzany przez złącze BNC. Urządzenie które zamierza zaproponować Wykonawca posiada złącze wyjściowe typu SMA. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby sygnał wyprowadzany był przez złącze BNC z użyciem adaptera SMA-BNC?

***W tym miejscu, poza pytaniem, Wykonawca wkleił fragment karty katalogowej konkretnego urządzenia. Zamawiający nie odnosi się do konkretnych urządzeń. Zamawiający udziela odpowiedzi i komentarzy do pytań ogólnych.***

**Odpowiedź**

*Zamawiający wyraża zgodę aby sygnał wyprowadzany był przez złącze BNC z użyciem adaptera SMA-BNC pod warunkiem dołączenia przez Wykonawcę odpowiedniego adaptera w cenie oferty.*

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert z 24.06.2020r. na 01.07.2020r. ?

**Odpowiedź**

*Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 01.07.2020 r.*

**Pytanie 9**

W Załączniku nr 3: Istotne postanowienia umowy w punkcie 3 paragraf § 10, Zamawiający opisuje sytuacje w których możliwe są przesunięcia w terminie wykonania przedmiotu Umowy. W związku z trwającą pandemią COVID-19 sytuacja zmienia się dynamicznie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do umowy kolejnego punktu mówiącego iż termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu, ze względu na skutki wywołane pandemią?

**Odpowiedź**

*W Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, w § 10 w ust. 3. Pkt. 1 a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania w sytuacji działania siły wyższej. Ze względu na nieprzewidywalność i różnorodność, Zamawiający nie jest w stanie wymienić wszystkich okoliczności opisanych jako „siła wyższa”, dlatego wpisane w tym punkcie konkretne zdarzenia są podane jako przykładowe. Pandemia koronawirusa jako zdarzenie nieprzewidywalne i niezależne od woli człowieka, jest traktowane jako siłą wyższą, nie ma więc potrzeby wpisywania jej jako odrębnego punktu.*

### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych opisanych w paragrafie §6 z 0,2% na 0,1% wartości brutto w punkcie 1) oraz z 20% na 10% wartości Wynagrodzenia brutto w punktach 2), 3), 4)?

### **Odpowiedź**

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. **W związku z treścią udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian, termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do 01.07.2020 r. do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:00.**
- IV. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- V. W załączeniu Zamawiający przekazuje:
  - 1) Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – *Zmodyfikowany 1*,
  - 2) Załącznik nr 3 – *Istotne postanowienia umowy – Zmodyfikowany 1*.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ



*prof. dr hab. Wiesław Leoński*