

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 504 070 265

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora wielkości cząstek i potencjału zeta (znak sprawy: RA-ZP-37/2020).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest, aby urządzenie miało możliwość pomiaru masy cząsteczkowej metodą SLS.

Czy dopuszczicie Państwo urządzenie, które w tym momencie nie posiada takiej funkcjonalności, ale będzie ona wprowadzona przy najbliższych darmowych aktualizacjach oprogramowania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada możliwości pomiaru masy cząsteczkowej metodą SLS.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

IV. UWAGA!!!

Jeśli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o parametrach, które dopuścił Zamawiający w wyniku odpowiedzi na pytania, musi to wyraźnie zaznaczyć w Formularzu Cenowo-Technicznym i musi jednocześnie wpisać w tym formularzu rzeczywiste parametry oferowanego przez siebie produktu. Parametry oferowanego produktu **stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku ich części.**

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska