

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fantomów i sprzętu medycznego (znak sprawy: RA-ZP-28/2020).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 2 – Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.

Pytanie 1 – Pozycja nr 6 Respirator transportowy – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy z trybami wentylacji IPPV, ASSIST, CPR.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza respirator transportowy z trybami wentylacji IPPV, ASSIST, CPR, jednocześnie spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w **FORMULARZU CENOWO-TECHNICZNYM – CZĘŚĆ 2 Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.**

Pytanie 2

Część 2 – Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.

Pytanie 2 – Pozycja nr 6 Respirator transportowy – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy z zastawką PEEP z regulacją o parametrach równoważnych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Część 2 – Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.

Pytanie 3 – Pozycja nr 6 Respirator transportowy – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy z alarmami:

Zatkane drogi oddechowe, zagięcie lub niedrożność w przewodzie wentylacyjnym / masce / rurce, rurka nieprawidłowo ustawiona, przewód wentylacyjny przecieka / wysunął się, butla tlenowa jest prawie pusta, zawór tlenu zamknięty, zagięcie lub zatkanie przewodu tlenowego, nieprawidłowo ustawione parametry wentylacji, zagięcie przewodu ciśnieniomierza.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza respirator transportowy z alarmami: Zatkane drogi oddechowe, zagięcie lub niedrożność w przewodzie wentylacyjnym / masce / rurce, rurka nieprawidłowo ustawiona, przewód wentylacyjny przecieka / wysunął się, butla tlenowa jest prawie pusta, zawór tlenu zamknięty, zagięcie lub zatkanie przewodu tlenowego, nieprawidłowo ustawione parametry wentylacji, zagięcie przewodu ciśnieniomierza, jednocześnie spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w *FORMULARZU CENOWO-TECHNICZNYM – CZĘŚĆ 2 Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.*

Pytanie 4

Część 2 – Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.

Pytanie 4 – Pozycja nr 7 Defibrylator manualny – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny wyposażony w 3 odprowadzenia oraz kardiowersję.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

IV. UWAGA!!!

Jeśli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o parametrach, które dopuścił Zamawiający w wyniku odpowiedzi na pytania, musi to wyraźnie zaznaczyć w Formularzu Cenowo - Technicznym i musi jednocześnie wpisać w tym formularzu rzeczywiste parametry oferowanego przez siebie produktu. Parametry oferowanego produktu **stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku ich części.**

P R Z E W O D N I C Z A C Y
K O M I S J I P R Z E T A R G O W E J


mgr Agnieszka Żeromska - Michniewicz

Centrum Symulacji Medycznej
Collegium Medicum
Uniwersytet Zielonogórski
65-001 Zielona Góra, ul. Energetyków 2
tel. 68 328 32 89