

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 683282890

INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fantomów i sprzętu medycznego (znak sprawy: RA-ZP-28/2020).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 2 – Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.

Pytanie 1 – Pozycja nr 6 Respirator transportowy – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy bez zastawki PEEP.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Część 2 – Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.

Pytanie 2 – Pozycja nr 6 Respirator transportowy – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy z zastawką PEEP o innych niż wymagane parametrach.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Część 2 – Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego – Sprzęt medyczny i drobny sprzęt medyczny.

Pytanie 3 – Pozycja nr 7 Defibrylator manualny – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator manualny wyposażony w 3 odprowadzenia, spełniający wymogi pracy w Centrum Symulacji Medycznej.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy części I Wyposażenie pracowni Ratownictwa Medycznego –Fantomy Pozycje nr 3 oraz nr 4


Proszę o doprecyzowanie sposobu uzyskania informacji zwrotnej z jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla fantomów w formie torsu oraz dla fantomów noworodka do nauki udrażniania dróg oddechowych.

Odpowiedź

Informacja zwrotna powinna zawierać standardowe informacje odnoszące się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tj.: głębokość uciśnięć, częstość, rozprężenie klatki piersiowej, jakość wentylacji.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
K O M I S J I P R Z E T A R G O W E J


mgr Agnieszka Zeromska - Michniewicz