



UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 7 8 5 - 0 1 1 - 3 8 8
fax. 6 8 3 2 8 - 2 2 - 7 5

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 17.11.2020 r.

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych rękawic nitrylowych (znak sprawy: RA-ZP-50/2020).

- I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „Ustawa PZP”, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niepolimeryzowane, teksturowane jedynie na końcach palców, których grubości wynoszą odpowiednio na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,05 \pm 0,01$ mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe **polimeryzowane**, teksturowane jedynie na końcach palców, których grubości wynoszą odpowiednio na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,05 \pm 0,01$ mm, które jednocześnie spełniają wszystkie pozostałe wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza rękawic niepolimeryzowanych.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

IV. UWAGA!!!

Jeśli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o parametrach, które Zamawiający dopuścił w wyniku odpowiedzi na pytania, musi to wyraźnie zaznaczyć w Formularzu Cenowo-Technicznym i musi jednocześnie wpisać w tym formularzu rzeczywiste parametry oferowanego przez siebie produktu. Parametry oferowanego produktu **stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku ich części.**

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna