



UNIWERSYTET  
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9  
65-417 Zielona Góra  
tel. 7 8 5 - 0 1 1 - 3 8 8  
fax. 6 8 3 2 8 - 2 2 - 7 5

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 02.07.2021 r.

RA-ZP.2610.24.2021.1.AŁ

## INFORMACJA NR 1

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na Dostawę ultramikrotomu z wyposażeniem (znak sprawy: RA-ZP-2610.24.2021).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), wyjaśniam co następuje:

### **Pytanie 1**

*Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, czy zaoferowany sprzęt musi być systemem nowym (tj. rok produkcji nie później niż 2020 rok) w całej konfiguracji?.*

### **Odpowiedź**

Urządzenie może być wyprodukowane przed rokiem 2020, jednakże nie może być wcześniej eksploatowane – dotyczy całej konfiguracji.

### **Pytanie 2**

*Proces trymowania, jak i samego cięcia skrawków z nanometryczną dokładnością za pomocą ultramikrotomu, wymaga niezbędnej izolacji ramienia z próbką od zewnętrznych wibracji, zapewniając najwyższą jakość cięcia bez ryzyka powstawania artefaktów. Gwarancją właściwej izolacji jest grawitacyjny ruch ramienia z próbką.*

*Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, czy w formularzu cenowo - technicznym (stanowiącym załącznik nr 1) w punkcie 2 w zapisie: „tryb wahadłowy do trymowania” miał na myśli grawitacyjny ruch ramienia z próbką w trybie wahadłowym?*

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie 3**

*Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, czy w formularzu cenowo - technicznym (stanowiącym załącznik nr 1) w punkcie 2 w zapisie: „wbudowany port USB” może potwierdzić, iż ma na myśli port USB zainstalowany fabrycznie, w wyszczególnionym wcześniej przez Zamawiającego: „module sterującym z dotykowym ekranem LCD”, bez konieczności podłączania zewnętrznych systemów sterowania (np. komputera).*

Odpowiedź

Tak, zapis „wbudowany port USB” dotyczy portu zainstalowanego fabrycznie w module sterującym urządzeniem.

**Pytanie 4**

*Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, czy w formularzu cenowo - technicznym (stanowiącym załącznik nr 1) w punkcie 2 w zapisie: „regulatory wahadłowe do ustawień noża w kierunkach E-W i N-S z ciągłą regulacją szybkości posuwu” ma na myśli wymaganie dotyczące zmotoryzowanego ruchu noża (knife stage) w kierunku N-S oraz E-W?*

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 5**

*Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, czy w formularzu cenowo - technicznym (stanowiącym załącznik nr 1) w punkcie 2 w zapisie: „moduł sterowania musi umożliwiać programowanie procesu trymowania” ma na myśli proces automatycznego trymowania do wcześniej określonego (sparametryzowanego w module sterującym) poziomu?*

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

  
prof. dr hab. Mirosław Dudek