

RA-ZA-61/2021

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania na dostawę cyfrowego mikroskopu optycznego dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza aby oferowany mikroskop posiadał zmotoryzowaną os "Z" realizowaną za pomocą ruchu głowicy, a nie stolika mikroskopu? Oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i zapewnia bardzo wysoką rozdzielczość pozycjonowania w osi Z równą 0,01 um w zakresie 101mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aby oferowany mikroskop posiadał zmotoryzowaną os "Z" realizowaną za pomocą ruchu głowicy, a nie stolika mikroskopu.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga aby wykonywanie ostrych zdjęć próbek o różnicy co najmniej 1 mm było realizowane automatycznie za pomocą jednego przycisku dostępnego z poziomu oprogramowania?

Odpowiedź

Procedura wykonywania ostrych zdjęć próbek o różnicy co najmniej 1 mm powinna być realizowana automatycznie o najmniejszym stopniu skomplikowania tej operacji.


Pytanie 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zamówienia w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że dostawa całego układu odbędzie się do końca 2021 roku.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI


Mariusz Więckowski