

Zielona Góra, dnia 12.11.2021 r.

RA-ZP.2610.69.2021.1.EK

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stołu do nauki anatomii (znak sprawy: RA-ZP.2610.69.2021).

1. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół do nauki anatomii spełniający wszystkie minimalne, wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe, lecz zamiast wbudowanego czujnika natężenia w oświetleniu, będzie posiadał wbudowany czujnik temperatury sterujący pracą wbudowanego wentylatora, zabezpieczając elektronikę ekranu przed przegrzaniem podczas pracy w gorącym otoczeniu (np. pokój bez klimatyzacji w upalne dni)?

Wedle naszej wiedzy nie ograniczy to w żaden sposób funkcjonalności stołu, a ponadto zwiększy poziom zabezpieczenia elektroniki stołu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.


Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

2. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
3. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
4. **UWAGA!!!**

Jeśli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o parametrach, które dopuścił Zamawiający w wyniku odpowiedzi na pytania, musi to wyraźnie zaznaczyć w Formularzu Cenowo-Technicznym i musi jednocześnie wpisać w tym formularzu rzeczywiste parametry oferowanego przez siebie produktu. Parametry oferowanego produktu **stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku ich części.**

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska