

Zielona Góra, dnia 04.04.2022 r.

RA-ZP.2610.11.2022.1.MS

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na Dostawę mebli laboratoryjnych. (znak sprawy: RA-ZP.2610.11.2022)

- I. W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 (dotyczy Części 1)

Odnośnie części 1: Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający, że farba proszkowa epoksydowa użyta do pokrycia elementów metalowych zaklasyfikowana jest jako prawie niezapalna klasy A2 według normy 13501-1+A1:2010.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dokument potwierdzający, że farba proszkowa epoksydowa użyta do pokrycia elementów metalowych zaklasyfikowana jest jako prawie niezapalna klasy A2 według normy 13501-1+A1:2010. Dokument musi być wystawiony przez akredytowane laboratorium.

- II. Treść udzielonej wyżej odpowiedzi i wprowadzonej zmiany jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska