



UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 78 5 - 0 1 1 - 3 8 8
fax. 68 3 2 8 - 2 2 - 7 5

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 04.04.2022 r.

RA-ZP.2610.17.2022.1.KO

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy, na Dostawę pieca do wyżarzania (znak sprawy: RA-ZP.2610.17.2022).

- I. W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Przy jakim ciśnieniu planowane jest prowadzenie procesów wyżarzania.

Odpowiedź

Zakres ciśnień roboczych uzależniony jest od atmosfery ochronnej, dla gazów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia zakres ciśnień roboczych:

- azotu: 0,5-10 bar,
- argonu: 0,5-6 bar,
- powietrza: 0-8 bar.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Iwona Krawczyk