



UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 7 8 5 - 0 1 1 - 3 8 8
fax. 6 8 3 2 8 - 2 2 - 7 5

Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 04.04.2022 r.

RA-ZP.2610.17.2022.2.KO

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy, na Dostawę pieca do wyżarzania (znak sprawy: RA-ZP.2610.17.2022).

- I. W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy w odpowiedzi na pytanie numer 1 nie nastąpiła pomyłka w zakresie ciśnienia roboczego powietrza? W treści Formularza Cenowo-Technicznego w tabeli numer 1 w punkcie 6 w opisie przedmiotu wymagania dotyczące pompy próżniowej z próżnią końcową są określone jako min 50 mBar.

Odpowiedź

Podane w Informacji nr 1 zakresy dotyczą pracy pieca w warunkach bezpróżniowych, które w naturalny sposób muszą ulec zmianie przy zastosowaniu pompy opisanej w pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Dr hab. inż. Katarzyna Arkusz