

RA-ZA-35/2022

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania na dostawę jednokolumnowej maszyny wytrzymałościowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jej obsługi.

- I. W związku z wpłynięciem pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Wymagają Państwo dostawy głowic o bardzo niskiej rozdzielczości, którą można osiągnąć jedynie dzięki równowadze statycznej objętej osłoną ochrony antywibracji i wpływu temperatury. Proszę o informacje czy takie specjalne warunki będą zapewnione w miejscu instalacji?

Odpowiedź

Nie zapewniamy stołu do tłumienia wibracji ani żadnej dodatkowej aparatury pozwalającej na poprawienie jakości prowadzonych pomiarów. Oczekujemy, że całość urządzenia wraz z potencjalnie niezbędnym sprzętem dodatkowym niezbędnym do spełnienia przedstawionych wymogów będzie dostarczony i zainstalowany w laboratorium w temperaturze pokojowej przez przedstawicieli firmy przedstawiającej ofertę. Docelowo maszyna wytrzymałościowa będzie umieszczona w specjalnym pomieszczeniu w którym drgania będą częściowo wyeliminowane.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej w klasie dokładności 0,5 według normy PN EN ISO 7500-1, co umożliwi wzorcowanie dostarczonych z maszyną 3 głowic zgodnie z wymaganiami PCA / ILAC oraz rozdzielczością siły 1/100.000 i częstotliwością zapisu danych testowych na jednostkę komputera PC do 1200Hz z rozdzielczością 32 bitów (31 bit faktycznych) co zapewnia stabilniejszy i czystszy transfer danych niż w przypadku kontrolerów o mniejszej rozdzielczości i większej częstotliwości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny wytrzymałościowej w klasie dokładności 0,5.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI


mgr Klaudia Hapat