

RA-ZA-35/2022

INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postępowania na dostawę jednokolumnowej maszyny wytrzymałościowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jej obsługi.

- I. W związku z wpływieniem pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej w klasie 0,5 (0,5% dokładności) z głowicami:

10N z minimalną stabilną wartością widzianą w oprogramowaniu 0,0001N

Rozdzielczość poniżej 0,0001N w oprogramowaniu jest widoczna , ale nie jest stabilna.

50N z minimalną stabilną wartością widzianą w oprogramowaniu 0,0005N

Rozdzielczość poniżej 0,0005N w oprogramowaniu jest widoczna , ale nie jest stabilna.

500N z minimalną stabilną wartością widzianą w oprogramowaniu 0,005N

Rozdzielczość poniżej 0,005N w oprogramowaniu jest widoczna, ale nie jest stabilna.

Waga szczęk z okładzinami do badania rozciągania to minimum ok. 80g jeden uchwyt co redukuje wartość nominalną głowicy na której jest zawieszona.

Odpowiedź

Niestety zaproponowane głowice pomiarowe nie spełniają wymogów przedstawionych w "Opisie Przedmiotu Zamówienia".

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI


mgr Klaudia Hapat