

Zielona Góra, 22.09.2022 r.

RA-ZP.2610.6.PU.2022.1.KW

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie procedury wewnętrznej Zamawiającego na dostawę sprzętu laboratoryjnego (znak sprawy: RA-ZP.2610.6.PU.2022).

I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wagę z obciążeniem maksymalnym równym 310g?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wagę z wbudowanym, wewnętrznym odważnikiem kalibracyjnym, automatyczną kalibracją bez doposażenia jej w zewnętrzny odważnik 10g? Jeśli nie to proszę o podanie wymaganej klasy odważnika kalibracyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza**.

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska