

Zielona Góra, 26.09.2022 r.

RA-ZP.2610.6.PU.2022.3.KW

INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie procedury wewnętrznej Zamawiającego, na dostawę sprzętu laboratoryjnego (znak sprawy: RA-ZP.2610.6.PU.2022).

I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści termo wytrząsarkę do mikro płytek z regulacją prędkości 300-1350 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wagę z angielskim językiem obsługi ? Do wagi dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie 3:

Proszę o doprecyzowanie wymaganej przez Zamawiającego klasy odważnika kalibracyjnego ?


Odpowiedź:

Zamawiający **wymaga odważnika kalibracyjnego w klasie E1**.

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

III. W związku z powyższym, termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 29.09.2022 r., do godz. 11.00.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska