

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 683282600

RA-ZP.2610.1.PU.2023.1.MW

Informacja nr 1

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: RA-ZP.2610.2.PU.2023)*

I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy Części 2

zwracam się z zapytaniem dotyczącym części 2 postępowania nr RA-ZP.2610.2.PU.2023 – czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 (tj. Tipy z filtrem 10ul) jako osobnego pakietu ww. postępowania?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy: Część 2, poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek do pipet nisko adhezyjnych, niskoretencyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga końcówek do pipet nisko adhezyjnych, nisko retencyjnych (Low-retention)

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.2 „Formularz Cenowo-Techniczny”
- Część 2 poz. 1-6.

Pytanie 3

Dotyczy: Część 2, poz. 11

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga zaoferowania płytek 6-dołkowych o powierzchni wzrostu 9,5 cm²?

Odpowiedź

Zamawiający wymagał zaoferowania Płytek 6 dołkowych do hodowli komórek o powierzchnia wzrostu 9,5cm². W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.2 „Formularz Cenowo-Techniczny” - Część 2 poz.11.

- było: o powierzchni wzrostu 9,5 cm²?

- powinno być o powierzchni wzrostu 9,5cm².

Pytanie 4

Dotyczy: Część 2, poz. 11-13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płytek indywidualnie pakowanych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga płytek indywidualnie pakowanych. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.2 „Formularz Cenowo-Techniczny” - Część 2 poz. 11-13.

Pytanie 5


Dotyczy: Część 2, poz. 16-17: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z maksymalną możliwością wirowania do 30 000xg. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.2 „Formularz Cenowo-Techniczny” - Część 2 poz. 16-17

Odpowiedź

Zamawiający wymaga próbek z maksymalną możliwością wirowania do 30 000xg.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- IV. Załączniki do Informacji:
 - 1. Załącznik nr 1.2 do SWZ - „Formularz Cenowo-Techniczny” - Część 2– zmodyfikowany 1.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI


mgr inż. Edyta Kwiatkowska

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 2 zmodyfikowany 1

Poz.	2 MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	3 Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	4 Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/ typ/ symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/ sprzętu (jeśli istnieje)	5 Jednostka miary	6 Ilość	7 Cena jednostkowa brutto [w PLN]	8 WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	Tipsy z filtrem 10 ul • sterylne, autoklawowalne • wolne od Dnaz i Rnaz • w pudełkach plastikowych • końcówki do pipet nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention)	TAK		Opakowanie min. 960 sztuk	4		
2.	Tipsy z filtrem 200 ul • sterylne, autoklawowalne • wolne od Dnaz i Rnaz • w pudełkach plastikowych • końcówki do pipet nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention)	TAK		Opakowanie min. 960 sztuk	4		
3.	Tipsy z filtrem 1000 ul • sterylne, autoklawowalne • wolne od Dnaz i Rnaz • w pudełkach plastikowych • końcówki do pipet nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention)	TAK		Opakowanie min. 960 sztuk	4		
4.	Tipsy bez filtra 10 ul • niesterylne, autoklawowalne • wolne od Dnaz i Rnaz • w workach • końcówki do pipet nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention)	TAK		Opakowanie 1000 sztuk	4		
5.	Tipsy bez filtra 200 ul • niesterylne, autoklawowalne • wolne od Dnaz i Rnaz	TAK		Opakowanie 1000 sztuk	8		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 2 zmodyfikowany 1

	<ul style="list-style-type: none"> • końcówki do pipet nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w workach 						
6.	<p>Tipсы bez filtra 1000 ul</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterylne, autoklawowalne • wolne od Dnaz i Rnaz • w pudełkach plastikowych • końcówki do pipet nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) 	TAK		Opakowanie min. 960 sztuk	4		
7.	<p>Pipety Pasteura sterylne – 3ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • przezroczyste, materiał polietylen (LDPE) • z bezbarwną skalą • indywidualnie pakowane 	TAK		Opakowanie 500 sztuk	30		
8.	<p>Pipety sterylne 10 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości • indywidualnie pakowane • wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne 	TAK		Opakowanie 200 sztuk	4		
9.	<p>Butelki do hodowli komórek 25 cm²</p> <ul style="list-style-type: none"> • objętość 50ml • materiał: polistyren o wysokiej przezroczystości • powierzchnia wzrostu 25 cm² • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz 	TAK		Opakowanie 200 sztuk	1		
10.	<p>Butelki do hodowli komórek 75 cm²</p> <ul style="list-style-type: none"> • objętość 250ml • materiał: polistyren o wysokiej przezroczystości • powierzchnia wzrostu 75 cm² • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz 	TAK		Opakowanie 100 sztuk	1		
11.	<p>Płytki 6 dołkowe do hodowli komórek</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezbarwne, materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości • powierzchnia wzrostu 9,5cm². 	TAK		Opakowanie 50 sztuk	4		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 2 zmodyfikowany 1

	<ul style="list-style-type: none"> • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz Zamawiający wymaga płytek indywidualnie pakowanych 						
12.	<p>Płytki 24 dołkowe do hodowli komórek</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezbarwne, materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości • powierzchnia wzrostu 1,9 cm² • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz Zamawiający wymaga płytek indywidualnie pakowanych 	TAK		Opakowanie 50 sztuk	4		
13.	<p>Płytki 96 dołkowe do hodowli komórek</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezbarwne, materiał: polistyren • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz Zamawiający wymaga płytek indywidualnie pakowanych 	TAK		Opakowanie 100 sztuk	1		
14.	<p>Folia samoprzylepna do płytek PCR i q-PCR</p> <ul style="list-style-type: none"> • w ciętych arkuszach • wymiary 146x81mm • kolor bezbarwny 	TAK		sztuki	100		
15.	<p>Płytki do PCR i RT-qPCR, 96-dołkowe 0.1ml, białe, z pół kolbierzem do użytku na termocyklerze Light Cycler 480 (Roche), Light Cycler 480 II i Light Cycler 96, 50 szt.</p>	TAK		Opakowanie 50 sztuk	1		
16.	<p>Probówki 1,5 ml typu Eppendorf bezbarwne</p> <ul style="list-style-type: none"> • wolne od Dnaz i Rnaz • sterylizowane • autoklawowalne • o szczelnym zamknięciu • zakres temperatur-80-121oC Zamawiający wymaga zaferowania probówek z maksymalną możliwością wirowania do 30 000xg 	TAK		Opakowanie 500 sztuk	10		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 2 zmodyfikowany 1

17.	Probówki 2 ml typu Eppendorf <ul style="list-style-type: none"> • wolne od Dnaz i Rnaz • sterylizowane • autoklawowalne • o szczelnym zamknięciu • zakres temperatur-86-121oC <i>Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z maksymalną możliwością wirowania do 30 000xg</i>	TAK		Opakowanie 500 sztuk	10	
18.	Probówki 1,5 ml typu Eppendorf w kolorze bursztynowym <ul style="list-style-type: none"> • wolne od Dnaz i Rnaz • sterylizowane • sterylne • autoklawowalne • o szczelnym zamknięciu • zakres temperatur-80-121oC 	TAK		Opakowanie 400 sztuk	1	
KWOTA OGÓLEM BRUTTO						

(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta

i Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!**Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.**