

RA-ZP.2610.12.2023.2.AŁ

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na Dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: RA-ZP. 2610.12.2023).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), wyjaśniam co następuje.

Pytanie 1

Dotyczy: Część 5, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płytek do hodowli adherentnej czy zawieszinowej?

Odpowiedź

Zmawiający wymaga zaoferowania płytek niesterylnych 96 dołkowych bez pokrywek typ F (nie do hodowli) 405 µl; w opakowaniu 100 szt.

- II. Treść udzielonej wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ



mgr inż. Edyta Kwiatkowska