

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 48 504 070 265

RA-ZP.2610.2.PU.2024.2.MS

Informacja nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych na cele badawcze (znak sprawy: RA-ZP.2610.2.PU.2024)

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 (Dot. Części 15 poz. 3)

W części 15, pozycja 3 Zamawiający wymaga zaproponowanie 500 sztuk końcówek. Jednak oryginalnie ten rodzaj końcówek BRAND pakowany jest po 1000 sztuk (1 opakowanie = 2 worki po 500sztuk). Proszę o zgodę na zaproponowanie produktu w ilości 1000 sztuk.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje treść Pozycji 3, w kolumnie 6, Załącznika nr 1.15. do SWZ- Formularz Cenowo-Techniczny – Część 15 w następujący sposób:

- dotychczasową treść:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Jednostka miary	Ilość
1	2	5	6
3.	Oryginalne końcówki do pipet Brand 50-1000 µl, niesterylne, • worek	szt.	500

- zastępuje się następującą treścią:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Jednostka miary	Ilość
1	2	5	6
3.	Oryginalne końcówki do pipet Brand 50-1000 µl, niesterylne, • worek	szt.	1000

Pytanie 2 (Dot. Części 8 poz. 1)

Pozycja 1. Tipy bez filtra 10 ul

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek o długości 31,24 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Dla zachowania sterylności przy pracy końcówkami z probówkami 1,5ml konieczne są dłuższe tipsy.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść Części 8, Pozycji 1, w kolumnie 2, Załącznika nr 1.8. do SWZ- Formularz Cenowo-Techniczny – Część 8 w następujący sposób:

- dotychczasową treść:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
1.	Tipsy bez filtra 10 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 39 mm

- zastępuje się następującą treścią:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
1.	Tipsy bez filtra 10 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 39 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego

Pytanie 3 (Dot. Części 8 poz. 2)

Pozycja 2. Tipsy bez filtra 200 ul

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek o długości 50,75 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść Części 8, Pozycji 2, w kolumnie 2, Załącznika nr 1.8. do SWZ- Formularz Cenowo-Techniczny – Część 8 w następujący sposób:

- dotychczasową treść:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
2.	Tipsy bez filtra 200 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • bezbarwne/ transparentne • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 52 mm

- zastępuje się następującą treścią:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
2.	Tipsy bez filtra 200 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • bezbarwne/ transparentne • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 52 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego

Pytanie 4 (Dot. Części 8 poz. 3)

Pozycja 3. Tipsy z filtrem 1000 ul

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie końcówek o długości 81,82 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść Części 8, Pozycji 3, w kolumnie 2, Załącznika nr 1.8. do SWZ- Formularz Cenowo-Techniczny – Część 8 w następujący sposób:

- **dotychczasową treść:**

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
3.	Tipsy z filtrem 1000 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 88 mm

- **zastępuje się następującą treścią:**

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
3.	Tipsy z filtrem 1000 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 88 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego

Pytanie 5 (Dot. Części 8 poz. 4)

Pozycja 4 Tipy bez filtra 10 ul

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek o długości 31,24 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Dla zachowania sterylności przy pracy końcówkami z probówkami 1,5ml konieczne są dłuższe tipsy.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść Części 8, Pozycji 4, w kolumnie 2, Załącznika nr 1.8. do SWZ- Formularz Cenowo-Techniczny – Część 8 w następujący sposób:

- dotychczasową treść:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
4.	Tipy bez filtra 10 ul • niesterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w workach • długość tipsów: 39 mm

- zastępuje się następującą treścią:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
4.	Tipy bez filtra 10 ul • niesterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w workach • długość tipsów: 39 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego

Pytanie 6 (Dot. Części 8 poz. 5)

Pozycja 5 Tipy bez filtra 200 ul

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek o długości 50,75 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść Pozycji 5, w kolumnie 2, Załącznika nr 1.8. do SWZ- Formularz Cenowo-Techniczny – Część 8 w następujący sposób:

- dotychczasową treść:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
5.	Tipy bez filtra 200 ul • niesterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz

	<ul style="list-style-type: none"> • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w workach • długość tipsów: 52 mm
--	---

- zastępuje się następującą treścią:

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe
1	2
5.	Tipsy bez filtra 200 ul • niesterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w workach • długość tipsów: 52 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego

Pytanie 7 (Dot. Części 8 poz. 8)

Pozycja 8 Pipety serologiczne 10 ml

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowani pipet serologicznych o długości 343 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 (Dot. Części 8 poz. 10)

Pozycja 10 Płytki 6 dołkowe do hodowli adherentnej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowani płytek o powierzchni wzrostu 9,6 cm²?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 (Dot. Części 8 poz. 11)

Pozycja 11 Kriopudełko poliwęglanowe na 81 miejsc

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu spełniającego parametry techniczne w pakowanych po 4 sztuki?

Całkowita ilość opakowań pokrywająca 20 szt. zapotrzebowania stanowiłaby 5.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 5 opakowań po 4 szt.

Łącznie, Wykonawca musi dostarczyć 20 szt. wskazanego Kriopudełka i taką ilość należy skalkulować w Ofercie.

Pytanie 10 (Dot. Części 8 poz. 12)

Pozycja 12 Probówki 1,5 ml typu Eppendorf

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z zabezpieczeniem typu snap cap, które zapobiega szczelne zamknięcie probówki.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 (Dot. Części 8 poz. 13)

Pozycja 13 Probówki 2,0 ml typu Eppendorf

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z zabezpieczeniem typu snap cap, które zapobiega szczelne zamknięcie próbki.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- IV. Załączniki do Informacji:
 - 1. Załącznik nr 1.8 – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 8 – zmodyfikowany 1.
 - 2. Załącznik nr 1.15 – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 15 – zmodyfikowany 1.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI


mgr inż. Edyta Kwiatkowska

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 8 – zmodyfikowany 1

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/ typ/ symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/ sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2 Tipsy bez filtra 10 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 39 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego	3 TAK	4	5 opakowanie min. 960 szt.	6 2	7	8
2.	2 Tipsy bez filtra 200 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • bezbarwne/ transparentne • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 52 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego	3 TAK	4	5 opakowanie min. 960 szt.	6 5	7	8
3	2 Tipsy z filtrem 1000 ul • sterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w pudełkach plastikowych • długość tipsów: 88 mm tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf	3 TAK	4	5 opakowanie min. 960 szt.	6 2	7	8

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 8 – zmodyfikowany 1

	Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego						
4	<ul style="list-style-type: none"> • Tipsy bez filtra 10 ul • niesterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w workach • długość tipsów: 39 mm <p style="color: red;">tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego</p>	TAK		opakowanie 1000 szt.	2		
5	<ul style="list-style-type: none"> • Tipsy bez filtra 200 ul • niesterylne, autoklawowalne, wolne od Dnaz i Rnaz • nisko adhezyjne, nisko retencyjne (Low-retention) • w workach • długość tipsów: 52 mm <p style="color: red;">tipsy muszą pasować do pipet Eppendorf Research plus, HTL oraz Biologix posiadanych przez Zamawiającego</p>	TAK		opakowanie 1000 szt.	8		
6	<ul style="list-style-type: none"> • Probówki typu Falcon 15 ml • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz • z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu • zakres temperatur: od -80°C do +120°C • max. możliwość wirowania 12 000g 	TAK		opakowanie 500 szt.	10		
7	<ul style="list-style-type: none"> • Probówki typu Falcon 50 ml • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz • z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu • zakres temperatur: od -80°C do +120°C • max. możliwość wirowania 12 000g 	TAK		opakowanie 500 szt.	10		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 8 – zmodyfikowany 1

8	<p>Pipety serologiczne 10 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterylne, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne • z filtrem z poliolefiny • indywidualnie pakowane • długość: 346 mm • kolor pierścienia: pomarańczowy 	TAK	opakowanie 200 szt.	3
9	<p>Pipety serologiczne 25 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterylne, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne • z filtrem z poliolefiny • indywidualnie pakowane • długość: 312 mm • kolor pierścienia: różowy 	TAK	opakowanie 200 szt.	1
10	<p>Płytki 6 dołkowe do hodowli adherentnej</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezbarwne, materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości • indywidualnie pakowane • powierzchnia wzrostu 9,5cm². • sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz 	TAK	opakowanie 50 szt.	1
11	<p>Kriopudełko poliwęglanowe na 81 miejsc</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonane z poliwęglanu PC o wysokiej przejrzystości i jakości • zakres temperatur : -196°C do 121°C • wymiary: 133x133x52 mm (LxWxH) 	TAK	opakowanie 20 szt.	1
12	<p>Probówki 1,5 ml typu Eppendorf</p> <ul style="list-style-type: none"> • wolne od Dnaz i Rnaz, autoklawowalne • stożkowe • z zabezpieczeniem Lock Cap • max. możliwość wirowania 30 000g • zakres temperatur: 80 °C - 121 °C 	TAK	opakowanie 500 szt.	3
13	<p>Probówki 2,0 ml typu Eppendorf</p> <ul style="list-style-type: none"> • wolne od Dnaz i Rnaz, autoklawowalne • okrągłodenne • z zabezpieczeniem Lock Cap 	TAK	opakowanie 500 szt.	6



FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 8 – zmodyfikowany 1

	<ul style="list-style-type: none">• max. możliwość wirowania 30 000g• zakres temperatur: 80 °C - 121 °C					
--	--	--	--	--	--	--

KWOTA OGÓLEM BRUTTO**(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)**

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak którejkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 15 – zmodyfikowany 1

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/ typ/ symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/ sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zestaw startowy trzech pipet jednokanałowych Brand Transferpette® S, Macro K2143 • W zestawie: 3 pipety jednokanałowe: pipeta jednokanałowa D-1000 (100-1000 µl), pipeta jednokanałowa D-5000 (500-5000 µl), pipeta jednokanałowa D-10000 (1000-10000 µl)	TAK		zestaw	1			
2.	Oryginalne końcówki do pipet Brand 1000- 10000 µl, niesterylne, • worek	TAK		szt.	200			
3.	Oryginalne końcówki do pipet Brand 50-1000 µl, niesterylne, • worek	TAK		szt.	1000			
4.	Statyw karuzelowy Brand na 6 pipet Transferpette® S • statyw obrotowy	TAK		szt.	1			
KWOTA OGÓLEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)								

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał konkretny statyw, który pasuje do posiadanych przez Zamawiającego pipet Transferpette® S, oraz zestaw startowy trzech pipet, które muszą być kompatybilne z obrotowym statywem karuzelowym Brand Transferpette® S.