





















FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 2

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (<i>PODAĆ, OPISAĆ</i>)	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [W PLN]	KWOTA OGÓLEM BRUTTO (cena j. brutto x ilość) [w PLN] <i>do przeniesienia do Formularza OFERTA]</i>
1	2	3	4	5	6	7
Rotator laboratoryjny				1 szt.		
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:					
	Typ/model urządzenia/ nr katalogowy (jeśli istnieje) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
	Producent <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
2.	OPIS:					
1)	funkcja mieszania	TAK				
2)	funkcja wytrząsania (vortex)	TAK				
3)	obrót próbek w pionie	TAK				

4)	regulacja prędkości obrotów min. w zakresie 1-99 z krokiem co 1	TAK				
5)	regulacja kąta wychylenia	TAK				
6)	możliwość programowania własnych trybów mieszania	TAK				
7)	uchwyt na 38 probówek o średnicy 13 mm	TAK				

.....
DATA.....
*PODPIS WYKONAWCY***UWAGA!!!**

Brak któregokolwiek elementu Opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy, w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu załączonym do SIWZ, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.