

















FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 4

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (<i>PODAĆ, OPISAĆ</i>)	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [W PLN]	KWOTA OGÓLEM BRUTTO (cena j. brutto x ilość) [w PLN] [do przeniesienia do Formularza OFERTA]
1	2	3	4	5	6	7
Cieplarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza				1 szt.		
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:					
	Typ/model urządzenia/ nr katalogowy (jeśli istnieje) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
	Producent <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
2.	OPIS:					
1)	zakres temperatury : + 5°C powyżej temperatury otoczenia do + 65°C	TAK				
2)	jednorodność temperatury: ± 0,5°C	TAK				

3)	dopuszczalna temperatura otoczenia: 5~40°C	TAK				
4)	wymiary zewnętrzne max.: 500x500x600 mm	TAK				
5)	pojemność komory: min. 45 l	TAK				
8)	zasilanie: 230V, 50/60Hz	TAK				
9)	Obciążenie: w zakresie min. 0-5 kg	TAK				
10)	timer: 0-9999min	TAK				
11)	naturalny obieg powietrza	TAK				
12)	komora ze stali nierdzewnej	TAK				
13)	wyświetlacz z możliwością odczytania czasu pracy i alarmu temperaturowego	TAK				
14)	podwójne drzwi, drugie wykonane ze szkła hartowanego	TAK				

.....
DATA

.....
PODPIS WYKONAWCY

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu Opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy, w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu załączonym do SIWZ, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.