

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 7

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (<i>PODAĆ, OPISAĆ</i>) | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [W PLN] | KWOTA OGÓLEM BRUTTO (cena j. brutto x ilość) [w PLN] [do przeniesienia do Formularza OFERTA] |
|---|---|--|--|---------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparat do elektroforezy poziomej wraz z zestawem do wylewania żeli | | | | 1 kpl. | | |
| 1. | PODSTAWOWE INFORMACJE: | | | | | |
| | Typ/model urządzenia/ nr katalogowy (jeśli istnieje) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i> | | | | | |
| | Producent <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i> | | | | | |
| 2. | OPIS: | | | | | |
| 1) | Platynowe elektrody z końcówkami ze stali nierdzewnej oraz pokrytymi złotem podkładkami | TAK | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|--|
| 2) | Tacki: przepuszczalne dla promieni UV; w liczbie min. 2 szt. | TAK | | | | |
| 3) | Grzebień: min. 10 – dołkowe, w liczbie min. 2 szt., o grubości w zakresie 1 mm – 2 mm. | TAK | | | | |
| 4) | Gumowe ograniczniki do tacki | TAK | | | | |
| 5) | Objętość wlewanego buforu max. 700ml | TAK | | | | |

.....
DATA

.....
PODPIS WYKONAWCY

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu Opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy, w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu załączonym do SIWZ, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.