


## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 2

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE ( <i>PODAĆ, OPISAĆ</i> )	ILOŚĆ	Cena jedn. Brutto [w PLN]	Kwota Ogółem Brutto (ilość x cena jedn. Brutto) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Oscyloskop:</u></b>				1 szt.		
1.	<b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>					
	Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>	X		X	X	X
2.	<b>DANE PODSTAWOWE:</b>					
	1) 4-kanałowy oscyloskop z pamięcią; 2) szerokość pasma przynajmniej 200MHz; 3) częstotliwość próbkowania dla każdego kanału przynajmniej 2 GS/s; 4) głębokość pamięci wyświetlania dla każdego kanału przynajmniej 2,5 k punktów; 5) min. 16 wbudowanych automatycznych pomiarów; 6) automatyczna rejestracja danych; 7) wbudowany kolorowy wyświetlacz;	<b>TAK</b>	X	X	X	X

<p>8) cyfrowe próbkowanie w czasie rzeczywistym, dokładne przechwytywanie sygnałów i próbkowanie nadmiarowe co najmniej 10x;</p> <p>9) różne tryby wyzwalania, m.in.: wyzwalanie szerokością impulsu, wyzwalanie wybierane liniowo, wyzwalanie sygnałem wideo;</p> <p>10) port USB:</p> <p>a) możliwość zapisu danych w pamięci USB;</p> <p>b) możliwość współpracy z komputerem PC;</p> <p>11) na wyposażeniu zestaw 4-ech sond pracujących do min. 200MHz;</p> <p>12) na wyposażeniu przewód zasilający;</p> <p>13) w zestawie dedykowane do współpracy z oferowanym oscyloskopem oprogramowanie dla komputerów klasy PC pozwalające na zbieranie, generowanie, analizowanie, porównywanie i zapis mierzonych sygnałów;</p> <p>14) certyfikat kalibracji.</p>	
---	--

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**