


FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 2

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (<i>PODAĆ, OPISAĆ</i>)	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [W PLN]	KWOTA OGÓLEM BRUTTO (cena j. brutto x ilość) [w PLN] [do przeniesienia do Formularza OFERTA]
2	3	4	5	6	7	8
Inkubator CO₂				1 szt.		
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:					
	Typ/model urządzenia/ nr katalogowy (jeśli istnieje) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
	Producent <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
2.	OPIS:					
1)	Filtr HEPA	TAK				
2)	Płaszcz wodny	TAK				
3)	Komora wewnętrzna: bezspawowa, wykonana ze stali nierdzewnej	TAK				

4)	System suchej autosterylizacji	TAK				
5)	System umożliwiający kontrolę poziomu tlenu w zakresie 1-21% oraz 5-90%	TAK				
6)	System umożliwiający kontrolę poziomu dwutlenku węgla	TAK				
7)	Możliwość doprowadzenia gazów dwoma niezależnymi portami	TAK				
8)	Półki: ruchome, wykonane ze stali nierdzewnej, o regulowanej wysokości, min. 4 sztuki	TAK				
9)	Pojemnik na wodę destylowaną do utrzymania wilgotności	TAK				
10)	Podwójne drzwiczki: pierwsze szklane, drugie wykonane z metalu, izolowane, szczelnie zamykające przestrzeń roboczą	TAK				
11)	Temperatura w komorze roboczej: regulowana w zakresie 20-40 °C	TAK				
12)	Dokładność pomiaru temperatury: 0,1 °C	TAK				
13)	Pojemność komory roboczej: min.160 l	TAK				
14)	Mikroprocesor umożliwiający programowanie i kontrolę parametrów pracy urządzenia	TAK				
15)	System kontroli parametrów pracy inkubatora, alarm	TAK				
16)	Panel sterujący	TAK				

17)	Reduktor dwustopniowy do butli CO ₂	TAK	
-----	--	------------	---

.....
DATA.....
*PODPIS WYKONAWCY***UWAGA!!!**

Brak któregokolwiek elementu Opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy, w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu załączonym do SIWZ, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.