













## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 4

Lp.	<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>  MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE ( <i>PODAĆ, OPISAĆ</i> )	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [W PLN]	<b>KWOTA OGÓLEM BRUTTO</b>  (cena j. brutto x ilość) [w PLN] [do przeniesienia do Formularza OFERTA]
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aparat do elektroforezy poziomej wraz z zestawem do wylewania żeli</b>				<b>1 kpl.</b>		
<b>1.</b>	<b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>					
	Typ/model urządzenia/ nr katalogowy (jeśli istnieje) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
	Producent <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>					
<b>2.</b>	<b>OPIS:</b>					
1)	Platynowe elektrody z końcówkami ze stali nierdzewnej oraz pokrytymi złotem podkładkami	<b>TAK</b>				

2)	Tacki: przepuszczalne dla promieni UV; w liczbie min. 2 szt.	<b>TAK</b>				
3)	Grzebień: min. 10 – dołkowe, w liczbie min. 2 szt., o grubości w zakresie 1 mm – 2 mm.	<b>TAK</b>				
4)	Gumowe ograniczniki do tacki	<b>TAK</b>				
5)	Objętość wlewanego buforu max. 700ml	<b>TAK</b>				

.....  
**DATA**.....  
**PODPIS WYKONAWCY****UWAGA!!!**

*Brak któregokolwiek elementu Opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy, w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu załączonym do SIWZ, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.*