

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 2

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (<i>PODAĆ, OPISAĆ</i>)	ILOŚĆ	Cena jedn. Brutto [w PLN]	Kwota Ogółem Brutto (ilość x cena jedn. Brutto) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Demineralizator:				1 szt.		
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:					
	Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>	X	X	X	X	X
2.	DANE PODSTAWOWE:					
	<ul style="list-style-type: none"> – Wymiary: (szer. x głęb. x wys.): 230x360x520 mm (+/- 5 %), – Zasilanie z sieci wodociągowej, – Wydajność min 5 l/h max 7 l/h, – Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku, – Kolorowy wyświetlacz LCD, – Zegar wyświetlający datę oraz godzinę, – Informacja o aktualnym stanie pracy systemu, – Alarm przy konieczności wymiany modułów, – Łatwa wymiana modułów, – Podgląd terminów serwisowych, – Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach $\mu\text{S/cm}$, 	TAK	X	X	X	X

<ul style="list-style-type: none">- Manometr ciśnienia wody zasilającej,- Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa,- Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów wymiennych),- Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa,- Zasilanie: 230V/50Hz,					
--	--	--	--	--	--

UWAGA!!!

Brak któregoś z elementów przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

.....
Podpis Wykonawcy