


FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 6

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (PODAĆ, OPISAĆ)	ILOŚĆ	Cena jedn. Brutto [w PLN]	Kwota Ogółem Brutto (ilość x cena jedn. Brutto) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Wirówka laboratoryjna				4 szt.		
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:					
	Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>	X		X	X	X
2.	DANE PODSTAWOWE:					
	-wyświetlacz LCD nastawionych obrotów i przeciążenia, -obroty nastawne do minimum 4400/min i czas do minimum 99 minut, -silnik bezszczotkowy, -przycisk krótkiego wirowania, funkcja delikatnego startu i zatrzymania, -komora ze stali nierdzewnej, -wysokość nie większa niż 24 cm -pokrętła dla szybkiego nastawiania parametrów pracy -możliwość rozbudowy o rotor stałokątowy 30 × 15 ml	TAK	X	X	X	X

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 6

<p>Wirnik z okrągłymi koszami uchylnymi (4 sztuki) pozwalający na wirowanie z szybkością do minimum 4400 obrotów na minutę</p> <p>4 adaptory do wirowania jednorazowo minimum 16 probówek 9-15 ml (o średnicy otworu 17,5 mm) i zamkniętego systemu pobierania krwi w wirówce</p>	
---	---

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

.....

Podpis Wykonawcy