

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz.	Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego (oferowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego)	Ilość	Jednostka miary
1	2	3	4
1	<p><b><u>Jednorazowe Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitylowe - rozmiar L:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem,</li> <li>- wykonane z nitylu,</li> <li>- AQL max. 1.0,</li> <li>- długość minimum 240 mm,</li> <li>- grubość na palcu 0,09mm – 0,12 mm,</li> <li>- na dłoni 0,06 – 0,08 mm,</li> <li>- na mankiecie min. 0,05 – 0,07 mm,</li> <li>- teksturowane lub z teksturą do końca palców,</li> <li>-powierzchnia wewnętrzna chlorowana, obustronnie polimeryzowane,</li> <li>- zgodnie z normami : EN 455-1-4, EN 374-3,</li> <li>- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III</li> <li>- <b>opakowanie = 100 sztuk rękawic</b></li> </ul>	2000	opakowanie
2	<p><b><u>Jednorazowe Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitylowe - rozmiar M:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem,</li> <li>- wykonane z nitylu,</li> <li>- AQL max. 1.0,</li> <li>- długość minimum 240 mm,</li> <li>- grubość na palcu 0,09mm – 0,12 mm,</li> <li>- na dłoni 0,06 – 0,08 mm,</li> <li>- na mankiecie min. 0,05 – 0,07 mm,</li> <li>- teksturowane lub z teksturą do końca palców,</li> <li>-powierzchnia wewnętrzna chlorowana, obustronnie polimeryzowane,</li> <li>- zgodnie z normami : EN 455-1-4, EN 374-3,</li> <li>- zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III</li> <li>- <b>opakowanie = 100 sztuk rękawic</b></li> </ul>	2000	opakowanie