

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

Poz.	Szczegółowa specyfikacja produktów oferowanych przez Wykonawcę (musi zawierać co najmniej te parametry, które Zamawiający opisał w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”)	Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/ nazwę/nr katalogowy oferowanego towaru/produktu (jeśli istnieją)	Ilość	Jednostka miary	Cena jedn. Brutto [w PLN]	Wartość Brutto [w PLN] (ilość x cena jedn. brutto w PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><u>Jednorazowe Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe rozmiar L:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, - wykonane z nitrilu, - AQL max. 1.0, - długość minimum 240 mm, - grubość na palcu 0,09mm – 0,12 mm, - na dłoni 0,06 – 0,08 mm, - na mankiecie min. 0,05 – 0,07 mm, - teksturowane lub z teksturą do końca palców, -powierzchnia wewnętrzna chlorowana, obustronnie polimeryzowane, - zgodnie z normami : EN 455-1-4, EN 374-3, - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III - opakowanie = 100 sztuk rękawic 		2000	opakowanie		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

2.	<p><u>Jednorazowe Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitylowe rozmiar M:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, - wykonane z nitylu, - AQL max. 1.0, - długość minimum 240 mm, - grubość na palcu 0,09mm – 0,12 mm, - na dłoni 0,06 – 0,08 mm, - na mankiecie min. 0,05 – 0,07 mm, - teksturowane lub z teksturą do końca palców, -powierzchnia wewnętrzna chlorowana, obustronnie polimeryzowane, - zgodnie z normami : EN 455–1–4, EN 374-3, - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III - opakowanie = 100 sztuk rękawic 		2000	opakowanie		
Kwota Ogółem Brutto						
(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza OFERTA)						

*** UWAGA !!!**

Wskazanie produktów oraz Specyfikacja oferowanych produktów stanowią również treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Brak wskazania produktów i/lub szczegółowej specyfikacji, jej części lub niezgodność wskazanych parametrów z wymaganiami spowoduje odrzucenie oferty na mocy ustawy PZP

.....

(podpis Wykonawcy)