

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
2	3
Aplikacja do współpracy z platformą AZURION 7 firmy PHILIPS	
1. DANE PODSTAWOWE:	
1.) Wykonywanie dwóch skanów RTG w określonym przedziale czasowym, pozwalająca uzyskać obrazy przypominające skany CT, umożliwiające ocenę tkanek miękkich, struktur kostnych oraz wprowadzanie stentów w trakcie zabiegów interwencyjnych	TAK
2.) Akwizycje pozwalającą na wizualizację środka kontrastowego w tętnicach	TAK
3.) Pomoc w ocenie tkanek miękkich i struktur kostnych oraz rozprężenia stentów	TAK
4.) Szybkie rekonstrukcje pozwalające na niezwłoczne podejmowanie decyzji podczas zabiegów	TAK
5.) Akwizycje DualPhase umożliwiające wizualizację środka kontrastowego w tętnicach i po przejściu przez nie podczas onkologicznych zabiegów interwencyjnych	TAK
6. Dostawę oraz koszty instalacji	TAK
7. Szkolenie aplikacyjne	TAK
8. Gwarancja min 12 miesięcy	Tak