

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część – 1 – Lodówka do przechowywania krwi – 7 szt.**TABELA 1**

<p style="text-align: center;">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p style="text-align: center;">MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE</p>	<p style="text-align: center;">POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>
1	2
<p>1. DANE PODSTAWOWE:</p>	
<p>1) Rok produkcji 2021</p>	TAK
<p>2. PARAMETRY TECHNICZNE</p>	
<p>1) Szafa chłodnicza dwudrzwiowa, dedykowana do przechowywania krwi i jej składników</p>	TAK
<p>2) Wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. LUB Obudowa stalowa malowana epoksydową odporną farbą proszkowa na kolor biały, wewnątrz stal nierdzewna</p>	TAK
<p>3) Szklane drzwi</p>	TAK
<p>4) Szuflady- 14 sztuk</p>	TAK
<p>5) Szuflady i prowadnice (teleskopowe) wykonane ze stali nierdzewnej.</p>	TAK
<p>6) Rejestrator parametrów pracy (pomiar temperatury wraz z rejestracją na wewnętrznej pamięci) z możliwością transferu na zewnętrzny nośnik danych np, USB</p>	TAK
<p>7) Alarmy akustyczno-wizualne: alarm zaniku napięcia, alarm przekroczenia górnej i dolnej granicy temperatury, alarm otwartych drzwi, alarm uszkodzonego czujnika temperatury, niski stan baterii</p>	TAK
<p>8) System automatycznego odszraniania</p>	TAK
<p>9) Wyposażone w oświetlenie</p>	TAK
<p>10) Kontroler w języku polskim wraz z możliwością wyświetlania w postaci grafiki - alarmów, temperatury z ostatnich pomiarów</p>	TAK

11) System back-up utrzymania rejestracji temperatury w przypadku zaniku napięcia do min. 48 h	TAK
12) Szufłady z trzema przegrodami wzdłuż wraz z poprzecznymi przegrodami do łatwego i przejrzystego ustawienia worków z krwią	TAK
13) Dwie sondy temperatury wraz z wyświetlaczami i możliwością montażu kolejnych do kontrolera LUB dwie sondy temperatury połączone z niezależnymi rejestratorami temperatury i informacją o stanach awaryjnych	TAK
14) Zamek z kluczem	TAK
15) Wymuszony obieg powietrza dla osiągnięcia jednorodnej temperatury w całej komorze	TAK
16) Sondy temperatury mają być umieszczone w butelce z glicerolem dla oddania temperatury wewnątrz worka z krwią	TAK
17) Szerokość: Max. 60 cm.	TAK

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Części 1 – Lodówka do przechowywania krwi – 7 szt.				
Nazwa	<i>Producent/dystrybutor¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu (jeśli istnieją) oraz kraj pochodzenia</i>	Ilość	Cena jednostkowa Brutto [w PLN]	Kwota ogółem Brutto (cena jedn. brutto x ilość) [w PLN] – do przeniesienia do Formularza OFERTA) [kol.5 = kol.4 x kol.3]
1	2	3	4	5
Lodówka do przechowywania krwi		7 szt.		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.