

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część – 4 – Bilirubinometr przezskórny z wyposażeniem – 1 komplet****TABELA 1**

<p style="text-align: center;"><b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p> <p style="text-align: center;">MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE</p>	<p style="text-align: center;">POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>
1	2
<b>I. DANE PODSTAWOWE:</b>	
1. Rok produkcji 2021	<b>TAK</b>
<b>II. PARAMETRY TECHNICZNE</b>	
1. Nieinwazyjny miernik żółtaczki noworodkowej dla noworodków i wcześniaków, niewrażliwy na artefakty ruchowe	<b>TAK</b>
<b>III. POMIARY</b>	
1) Urządzenie przeznaczone do stosowania przed, w trakcie i po zakończeniu fototerapii.	<b>TAK</b>
2) Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu	<b>TAK</b>
3) Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 µmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego	<b>TAK</b>
4) Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,6 mg/dl (+/- 27,4 µmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego	<b>TAK</b>
5) Średni błąd pomiarowy po fototerapii nie większy niż ± 2,3 mg/dL lub ± 39,00 mol/L	<b>TAK</b>

6) Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 µmol/L)	<b>TAK</b>
7) Masa z akumulatorem < 230g	<b>TAK</b>
<b>IV. WYPOSAŻENIE</b>	
1) Urządzenie wyposażone w stację dokującą	<b>TAK</b>
2) Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB	<b>TAK</b>
3) urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 150 000 pomiarów	<b>TAK</b>
4) Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy	<b>TAK</b>
5) Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia	<b>TAK</b>
6) pamięć min. 100 pomiarów	<b>TAK</b>
7) Zasilacz 220V	<b>TAK</b>
8) możliwość transmisji danych przez złącze USB protokół HL-7 i CSV.	<b>TAK</b>
9) Niezbędne akcesoria do wykonania min. 1000 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji	<b>TAK</b>
10) Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC	<b>TAK</b>

TABELA 2

<b>Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Części 4 – Bilirubinometr przezskórny z wyposażeniem – 1 komplet.</b>				
<b>Nazwa</b>	<i>Producent/dystrybutor<sup>1</sup> oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu (jeśli istnieją) oraz kraj pochodzenia</i>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa Brutto [w PLN]</b>	<b>Kwota ogółem Brutto (cena jedn. brutto x ilość) [w PLN] – do przeniesienia do Formularza OFERTA) [kol.5 = kol.4 x kol.3]</b>
1	2	3	4	5
<b>Bilirubinometr przezskórny z wyposażeniem</b>		<b>1 komplet</b>		

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.**