

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część – 7 – aparat do testów oddechowych z wyposażeniem - 1 komplet**TABELA 1**

<p style="text-align: center;">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p style="text-align: center;">MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE</p>	<p style="text-align: center;">POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>
1	2
aparat do testów oddechowych z wyposażeniem - 1 komplet	
1. DANE PODSTAWOWE:	
1) Rok produkcji 2021	TAK
2. PARAMETRY TECHNICZNE	
1) przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu	TAK
2) Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca: - zapis do 10 pacjentów w pamięci wewnętrznej aparatu - przypisywanie zapisanym pacjentom predefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika protokołów testu oddechowego - równoczesne przeprowadzanie testów oddechowych dla zdefiniowanej grupy pacjentów - zapisywanie wyników testów oddechowych wybranych pacjentów	TAK
3) Ciekłokrystaliczny, dotykowy kolorowy wyświetlacz. Zakres pomiarowy stężeń 0-500 ppm	TAK
4) Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego	TAK
5) Dokładność odczytu: nie gorsza niż +/- 3ppm/10%	TAK
6) Predefiniowane protokoły badawcze w pamięci aparatu: fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, ksylitol	TAK
7) Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na trzy miesiące	TAK
8) Temperatura i wilgotność pracy nie gorsza niż: 15-35°C, 15-90%	TAK

9) Okres eksploatacji czujnika 24 miesiące	TAK
10) Zasilanie bateryjne	TAK
11) Wymiary nie większe niż 40 x 80 x 140 mm	TAK
12) Waga nie większa niż 250 g, łącznie z bateriami	TAK
13) Standardowe komunikaty systemowe aparatu: <ul style="list-style-type: none">- Przypomnienie o konieczności kalibracji- Konieczność wymiany D-adaptera	TAK
14) Dwa tryby pobierania próbki: <ul style="list-style-type: none">- za pomocą ustnika- za pomocą maski	TAK
15) Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania z aparatem	TAK
16) Oprogramowanie z polską wersją językową	TAK
17) Zapisywanie danych demograficznych pacjenta	TAK
18) Zapisywanie wyników badań	TAK
19) Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów	TAK
20) Wprowadzanie opisu wyników badań i komentarzy	TAK
21) Standardowe protokoły badań: fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, ksylitol	TAK
22) Generowanie raportu z danymi demograficznymi pacjenta i danymi ośrodka wykonującego badanie + ewentualne logo	TAK
23) Akcesoria: <ul style="list-style-type: none">- ustniki jednorazowego użytku typu słomkowego, 20 szt.- D-adapter z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym, 1 szt.- chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji, op. 50' szt.	TAK

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Części 7 – aparat do testów oddechowych z wyposażeniem - 1 komplet				
Nazwa	<i>Producent/dystrybutor¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu (jeśli istnieją) oraz kraj pochodzenia</i>	Ilość	Cena jednostkowa Brutto [w PLN]	Kwota ogółem Brutto (cena jedn. brutto x ilość) [w PLN] – do przeniesienia do Formularza OFERTA) [kol.5 = kol.4 x kol.3]
1	2	3	4	5
aparat do testów oddechowych z wyposażeniem		1 komplet		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.