

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 4

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem BRUTTO (do przeniesienia do Formularza Oferta) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Łaźnia wodna laboratoryjna 1) łaźnia laboratoryjna 8. komorowa 2) łaźnia wodna z nastawą cyfrową, 3) regulator temperatury z programem PID, 4) cyfrowy wyświetlacz LED, 5) funkcja pomiaru czasu oraz ochrona przed przegrzaniem, 6) wszystkie metalowe elementy obudowy, grzałka oraz wanna - wykonane ze stali nierdzewnej, 7) czujnik temperatury wody umieszczony wewnątrz wanny, 8) zakres temperatury: od RT+5 do ~+99, 9) Moc [W]: 2000, 10) Pojemność: 25 l, 11) Dotykowy sterownik. 2x4 stanowiska, 12) Wymiary wew.: 635x325x120mm, 13) Wymiary zew.: 830x380x160mm, 14) Masa netto: 4,5 kg, 15) W zestawie: łaźnia wodna 8-komorowa, pokrywa główna, pokrywki z redukcjami na stanowiska, półka na naczynia.	TAK		szt.	1		

Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.