

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 3

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem BRUTTO (do przeniesienia do Formularza Oferta) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Suszarka laboratoryjna 1) Moc 800 W, 2) Regulator PID z autotuningiem, 3) Nastawa temperatury co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do 250°C, 4) Możliwość zdefiniowania min. 1 programu, 5) Maksymalny czas trwania programu do 144 godzin, 6) Możliwość pracy ciągłej, 7) Wyświetlacz LED 2x4 cyfry, 8) Autonomiczne, niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem dostępnych temperatur, 9) Komora z blachy nierdzewnej, 1 półka z blachy, 10) Pojemność 17 l, 11) Kominiek wentylacyjny.	TAK		szt.	1		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.