

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 11

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość szt.	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN] do przeniesienia do Formularza Oferta
1	2	3	4	5	6
Autoklaw laboratoryjny pionowy 1. wolnostojący, bez stałych podłączeń hydraulicznych 2. pojemność komory – min. niż 40L, max. 50L, 3. do sterylizacji płynnych mediów oraz materiałów stałych wykorzystywanych w laboratoriach, 4. materiał komory – stal nierdzewna, 5. wymiary zewnętrzne max. 500 x 550 x 1100 mm; 6. wymiary komory wewnętrznej min. (średnica x głębokość) 300 x 700 mm; 7. zakres temperatur od 105-126 st. C 8. zakres czasowy dla programów użytkownika: od 1-180 min., 9. ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa	TAK		1		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.