

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 8

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość - do przeniesienia do Formularza Oferta) [w PLN]
2	3	4	5	6	7	8
Wirówka laboratoryjna bez chłodzenia 1. Możliwość wirowania próbek o objętości 250 ml, 50 ml i 15 ml 2. Podświetlany LCD 3. Zakres prędkości 200 – 15.000 rpm. maks. siła odśrodkowa 21.379 g 4. Pamięć- 99 programów, 10 charakterystyk przyspieszenia i hamowania 5. Poziom hałasu <61 dB 6. Czas pracy: od 10 s do 99 godz. 99 min 59 s; 7. Praca ciągła 8. Wentylowana komora ze stali nierdzewnej 9. Możliwość wirowania jednocześnie 6 próbek o objętości 250 ml z prędkością maks. 8.000 rpm, 10. Z kompletem adapterów do wirowania próbek o objętości 50 ml - 6 sztuk 11. Z kompletem adapterów do wirowania próbek o objętości 15 ml - 6 sztuk 12. Z butelkami do wirowania próbek o obj. 250 ml - 20 sztuk 13. Z probówkami PP typu Falcon do wirowania próbek o obj. 50 ml – op. 100 sztuk 14. Z probówkami PP typu Falcon do wirowania próbek o obj. 15 ml – 2 op. x 50 sztuk	TAK		szt.	1		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.