

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (do przeniesienia do Formularza Oferta) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Autoklaw parowy 1.o pojemności komory nie mniejszej niż 40L nie większej niż 56L do sterylizacji płynnych mediów oraz materiałów stałych wykorzystywanych w laboratoriach . 2. pionowa komora robocza, ładowana z góry; 3.materiał komory – stal nierdzewna, wymiary zewnętrzne nie większe niż (WxDxH) 590 x 540 x 990 mm; wymiary komory wewnętrznej nie mniejsze niż (średnica x głębokość): Ø 320 x 500 mm; 4.zakres temperatur od 105-135 °C, 5. sonda temperaturowa; 6. kosze na materiały do sterylizacji; 7. cyfrowy wyświetlacz typu LCD; 8.dedykowany program do topienia agaru 60/100°C; co najmniej 2 programy do sterylizacji płynów i elementów stałych; Zakres czasowy dla programów użytkownika: od 1-180min., 9. krótki czas schładzania, 10. pamięć ostatnich cykli sterylizacji;	TAK		szt.	1		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1

11.ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa; 12.wbudowany pojemnik na wodę; 13.wskaźnik poziomu wody; 14. brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej						
---	--	--	--	--	--	--

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.